



Certificat de conformité

N° 210126-01

Ce certificat de conformité répond aux spécifications de la norme DIN EN ISO/IEC 17050-1
« Évaluation de la conformité - Certificat de conformité de fournisseurs -
1^{ère} partie : Exigences générales ».

Nous, le fabricant **EPHY-MESS GmbH**
Berta-Cramer-Ring 1
65205 Wiesbaden
Allemagne

déclarons sous notre seule responsabilité, que le produit (le composant) :

Désignation : **Sonde de température**
Type: PR-SPA-EX-NWT
II 2G Ex eb IIC Gb
II 2D Ex tb IIIC Db
II 2G Ex ia IIC Gb
II 2D Ex ia IIIC Db

auquel se réfère cette déclaration, est conforme à la/aux norme(s) suivante(s) et/ou
aux autres documents normatifs et/ou à la/aux directive(s) suivante(s) :

- DIN EN IEC 60079-0:2018
- DIN EN IEC 60079-7:2015 +A1:2018
- DIN EN 60079-11:2012
- DIN EN 60079-31:2014
- IBExU 14 ATEX 1281 U, 2^{ème} édition

Conformément aux dispositions de la/des directive(s) :

- Directive 2014/34/CE (directive produit ATEX)
- Directive 2011/65/CE (RoHS II+III)

Wiesbaden, 18.05.21
Lieu, date

B. Horneffer, mandaté EX

EPHY MESS

Gesellschaft f. Elektro-Phys. Meßgeräte mbH

Berta-Cramer-Ring 1
65205 Wiesbaden

Telefon: +49 (0) 61 22 92 28-0
Telefax: +49 (0) 61 22 92 28-99

G. Herdt, mandaté EX



Cour de registre

Trib. inst. Wiesbaden
N° RC : 22 729

N° TVA : DE113842153
fondée en 1955

Gérant
Dipl.-Kfm. Andreas Becker

Siège de la société

Berta-Cramer-Ring 1
65205 Wiesbaden, Allemagne

Tél. : +49 (0) 61 22 92 28 -0
Fax : +49 (0) 61 22 92 28 -99

E-mail : info@ephy-mess.de

Système assurance qualité

Certifié selon la norme

DIN ISO 9001

DIN ISO 14001

