



Konformitätsbescheinigung Nr. 210126-01

Diese Konformitätsbescheinigung entspricht den Vorgaben der
Norm DIN EN ISO/IEC 17050-1
„Konformitätsbewertung -Konformitätserklärung von Anbietern- Teil 1: Allgemeine Anforderungen“.

Wir, der Hersteller: EPHY-MESS GmbH
 Berta-Cramer-Ring 1
 65205 Wiesbaden
 Deutschland

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt (die Komponente):

Bezeichnung: Temperaturfühler
 Typ: PR-SPA-EX-WKF
 II 2G Ex eb IIC Gb
 II 2D Ex tb IIIC Db
 II 2G Ex ia IIC Gb
 II 2D Ex ia IIIC Db

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der (den) folgenden Norm(en) und/oder
normativen Dokument(en) und / oder Richtlinie(n) übereinstimmt:

- DIN EN IEC 60079-0:2018
- DIN EN IEC 60079-7:2015 +A1:2018
- DIN EN 60079-11:2012
- DIN EN 60079-31:2014
- IBExU 14 ATEX 1281 U, 2. Ausgabe

Gemäß den Bestimmungen der Richtlinie(n):

- Richtlinie 2014/34/EU (ATEX Produktrichtlinie)
- Richtlinie 2011/65/EU- (RoHS II+III)

Wiesbaden, 18.05.21
Ort / Datum

IV A 21
Bernd Horneffer, EX-Beauftragter

EPHY MESS
Gesellschaft f. Elektro-Phys. Meßgeräte mbH
Berta-Cramer-Ring 1
65205 Wiesbaden, Dörfchenheim
Tel.: 069 2292-0
G. Herdt, EX-Beauftragte

Registergericht
Amtsgericht Wiesbaden
HRB-Nr.: 22 729
USt.-Ident-Nr.: DE113842153
gegründet:1955
Geschäftsführer
Dipl.-Kfm. Andreas Becker

Sitz der Gesellschaft
Berta-Cramer-Ring 1
65205 Wiesbaden, Deutschland
Tel.: +49 (0) 61 22 92 28 -0
Fax: +49 (0) 61 22 92 28 -99
E-Mail: info@ephy-mess.de

Qualitätssicherungssystem
Zertifiziert nach
DIN ISO 9001
DIN ISO 14001

