

**EU-Konformitätserklärung**
Nr. 190624-01

Diese Konformitätserklärung entspricht den Vorgaben der
Norm DIN EN ISO/IEC 17050-1
„Konformitätsbewertung -Konformitätserklärung von Anbietern- Teil 1: Allgemeine Anforderungen“.

Wir, der Hersteller: EPHY-MESS GmbH
 Berta-Cramer-Ring 1
 65205 Wiesbaden
 Deutschland

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt:

Bezeichnung: Temperaturfühler
 Typ: PR-SPA-EX-MH
 II 2G Ex eb IIC T6... T3 Gb
 II 2D Ex tb IIIC T80°C... T185°C Da
 II 2G Ex ia IIC T6... T3 Gb
 II 2D Ex ia IIIC T80°C... T185°C Db

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der (den) folgenden Norm(en) und/oder
normativen Dokument(en) und / oder Richtlinie(n) übereinstimmt:

- EN IEC 60079-0:2018
- EN IEC 60079-7:2015
- EN IEC 60079-11:2012
- EN IEC 60079-31:2014
- IBExU 19 ATEX 1067 X, 0. Ausgabe 18.06.2019

Gemäß den Bestimmungen der Richtlinie(n):

- Richtlinie 2014/34/EU (ATEX Produktrichtlinie)
- Richtlinie 2011/65/EU (RoHS II)

Wiesbaden, 24.06.19
Ort / Datum

B. Horneffer
B. Horneffer, ATEX Beauftragter

EPHY MESS

Gesellschaft f. Elektro-Phys. Meßgeräte mbH

Berta-Cramer-Ring

65205 Wiesbaden, Deutschland

Telefon: (06122) 9 22 8-99

Telefax: (06122) 9 22 8-99

L. Semmerich
L. Semmerich, ATEX Beauftragter

Registergericht

Amtsgericht Wiesbaden
HRB-Nr.: 22 729USt.-Ident-Nr.: DE113842153
gegründet: 1955Geschäftsführer
Dipl.-Kfm. Andreas Becker

Sitz der Gesellschaft

Berta-Cramer-Ring 1
65205 Wiesbaden, DeutschlandTel.: +49 (0) 61 22 92 28 -0
Fax: +49 (0) 61 22 92 28 -99

E-Mail: info@ephy-mess.de

Qualitätssicherungssystem

Zertifiziert nach

DIN ISO 9001

DIN ISO 14001

